

仕 様 書

1 件 名 有害ガス検知器の購入

2 規格及び数量

品名	メーカー 及び機種	規格等	台数
有害ガス 検知器	理研計器株式会社 GX-2100 TYPE-A	検知対象ガス：(4種) ①メタン (CH ₄)、②酸素 (O ₂)、 ③ 一酸化炭素 (CO)、④硫化水素 (H ₂ S) 検知原理：ニューセラミック式及び定電位電解式 検知方法：拡散式 ケーブル部：10m (自動巻き取り式) 電源：AC100V または単2型アルカリ電池2本 連続使用時間：約20時間 使用温度範囲：-20～+50℃ 使用湿度範囲：0～95%RH 構造：本体 (防滴構造 JIS 防滴2型相当) 検知部 (防塵防滴構造 IP67 相当) 落下耐久：10m	1

3 納入期限 令和7年10月29日 (水)

4 納入場所 盛岡市上下水道局 下水道施設管理課 (盛岡市東安庭二丁目8番3号)